



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

EDITAL N° 201/2023

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 169/2023

**LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA**, Prefeito Municipal de Tramandaí, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que retifica o Edital de Pregão Eletrônico n° 169/2023 que tem por objeto a **aquisição de Foco Clínico e Cirúrgico destinados as Unidades de Saúde do Município, ALTERANDO** a descrição do item 02 do Anexo I do Edital, **DESIGNANDO** nova data para o certame.

**Leia-se:**

(...)

ANEXO I

PREGÃO N° 169/2023

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão n° 169/2023, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

Lote	Descrição do Objeto	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor unitário cotado
01	<b>RESUMO: FOCO CLÍNICO PORTÁTIL EM PEDESTAL:</b> com foco concentrado, suporte flexível em aço cromado, que permite ajuste em todas as todas as posições angulares desejadas, sendo ideal para pequenos procedimentos; Suporte flexível, hastes telescópicas (pedestal) em alumínio cromado para regulagem de altura, base de aço com pintura eletrostática na cor branca, quatro (04) rodízios com diâmetro de 2" (50,8mm) para transporte do equipamento, cabo elétrico com dupla isolamento e comprimento de 03 (três) metros, plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz; Iluminação: LED Tensão Elétrica: Bivolt Fluxo luminoso: 270Lm (Lúmens) - Corresponde a 20.000 Lux; Temperatura de Cor: 6.000 - 6500 K (Kelvin) 155; Média de regulagem da altura: 1,00m a 1,60m (metro) Mobilidade do foco tem quatro rodízios; <u>Marca:</u>	20 unidades	R\$ 662,85	R\$
02	<b>RESUMO: FOCO CIRÚRGICO PORTÁTIL EM PEDESTAL: Material: aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi à 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Rodízios que facilitam a locomoção de um local para o</b>	05 unidades	R\$ 9.234,46	R\$

<p>outro, braço articulado que propicia o direcionamento do foco de luz fria; Sistema de iluminação composto por 6 LEDs e 03 a 06 lâmpadas cada; Controle por membrana fixado ao gabinete principal para ajuste de intensidade luminosa (0 a 100%); Haste e braço giratório para posicionamento do equipamento durante procedimentos; Centralização do foco através de manopla removível e autolavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento; Rodízios em material resistente e melhor mobilidade do equipamento entre leitos; Movimentos da articulação do braço: afastamento (altura máxima de 1,93 metros) e aproximação (1,36 metros) da cúpula com relação a superfície. Horizontais para esquerda e direita de 170° com relação a posição normal; Movimentos da articulação de rotação: horário e anti-horário de 180° com relação a posição normal; Movimentos da articulação da cúpula: Inclinação 45° e 95° com relação a posição normal; Tensão 115- 127 /220- 230V 50/60 HZ Potência 250 VA; Fusível 5 x 20mm T3, 15 a 250 V (IEC 60127); Alimentação bivolt automático 127/220 V -10% 50/60Hz; Sistema de iluminação com lâmpadas de led e iluminância média de 30.000 Lux cada; Diâmetro do foco ajustável de 110mm a 250mm aproximadamente.</p> <p>Marca:</p>			
--	--	--	--

Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento ao subitem nº 26.1 do Edital: **até o dia 07/11/2023**, agenda-se o certame conforme segue.

**Recebimento das Propostas: até as 13h30min do dia 10/11/2023**

**Abertura das Proposta: as 13h30min do dia 10/11/2023**

**Início da Sessão do Pregão: as 14h30min do dia 10/11/2023**

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 10 de outubro de 2023.

**LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA**  
 Prefeito