


PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
SETOR DE LICITAÇÕES
CNPJ: 88.771.001/0001-80
Av. da Igreja, 346 – Centro
Tramandaí – RS
Fone: (51) 9 8983-2030



www.tramandai.rs.gov.br

À

RC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

OFÍCIO Nº 130/2026

REFERENTE À PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2026

Tramandaí, 15 de junho de 2026.

Senhores Licitantes:


Ao cumprimentá-los, vimos informar-lhes quanto ao pedido de informações protocolado sob o nº 35656/2026, referente ao Pregão Eletrônico nº 063/2026, junto a esta Prefeitura referente ao Edital em epígrafe.

Conforme documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, informamos que sua impugnação foi RESPONDIDA.

Segue em anexo a informação.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.


Vitória da Costa da Silva
Departamento de Licitações



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. da Igreja, 346 Centro CEP: 95.590-000
E-mail: saude@tramandai.rs.gov.br
Telefone: (51) 3684.9054

MEMORANDO Nº 1054/2026

Tramandaí, 15 de junho de 2026.

De: Secretaria Municipal De Saúde

Para: Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Licitações

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada no Pregão Eletrônico nº 63/2026, referente ao Item 01 – Maca Ginecológica, informamos que o descritivo do edital estabelece dimensões mínimas de 180 cm (C) x 55 cm (L) x 85 cm (A).

Dessa forma, as medidas especificadas constituem requisitos mínimos a serem atendidos pelos equipamentos ofertados, visando garantir a adequação às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Assim, o equipamento com dimensões de 184 cm (C) x 55 cm (L) x 83 cm (A) não atende às especificações mínimas exigidas no edital, em razão de apresentar altura inferior à estabelecida no descritivo do item.

Limitado ao exposto, subscrevo-me.

Carin Cristiane Meyer da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Carin Cristiane M. da Silva
Secretária Mun.
de Saúde