PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
SETOR DE LICITAÇÕES
CNPJ: 88.771.001/0001-80
Av. da Igreja, 346 – Centro
Tramandaí – RS
Fone: (51) 9 8983-2030

www.tramandai.rs.gov.br

À

UDILIFE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OFÍCIO Nº 242/2026

REFERENTE À PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2026

Tramandaí, 27 de outubro de 2026.

Senhores Licitantes:

Ao cumprimentá-los, vimos informar-lhes quanto ao pedido de informações de edital protocolado sob o nº 59005/2026, referente ao Pregão Eletrônico nº 134/2026, junto a esta Prefeitura referente ao Edital em epígrafe.

Conforme documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, informamos que sua impugnação foi RESPONDIDA.

Segue em anexo a informação.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

Vitória da Costa da Silva
Departamento de Licitações

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. da Igreja, 346 Centro CEP: 95.590-000
E-mail: saude@tramandai.rs.gov.br
Telefone: (51) 3684.9054

MEMORANDO N° 2296/2026

Tramandaí, 27 de outubro de 2026.

De: Secretaria Municipal De Saúde

Para: Departamento Licitação

À empresa UDILIFE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Assunto: Resposta ao Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico SRP nº 134/2026

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa UDILIFE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., referente aos itens 36, 37, 38 e 39 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP nº 134/2026, que tratam de eletrodos para desfibriladores da marca Zoll, esclarecemos que a preferência da Secretaria Municipal de Saúde é pela aquisição dos **eletrodos originais do fabricante Zoll**, considerando a compatibilidade com os equipamentos existentes e a preservação das características e funcionalidades previstas pelo fabricante.

Entretanto, **serão aceitos eletrodos compatíveis de outros fabricantes**, desde que devidamente regularizados perante a ANVISA, quando aplicável, e que comprovem compatibilidade com os respectivos modelos de desfibriladores, atendendo integralmente aos requisitos técnicos, funcionais e de segurança exigidos para cada item.

No caso dos itens 36 e 37, referentes aos eletrodos CPR Stat Padz, destinados ao desfibrilador Zoll AED Plus, deverá ser observada a compatibilidade com o equipamento e o atendimento às funcionalidades exigidas, inclusive quanto ao sensor de RCP, quando previsto na especificação do item.

Quanto aos itens 38 e 39, referentes aos eletrodos pediátricos Pedi Padz II, deverão ser atendidas as características técnicas e a compatibilidade necessárias à utilização nos equipamentos correspondentes.

Acesse para verificar assinatura: https://atendimento.tramandai.rs.gov.br/consulta/documento
Codigo para verificacao: fb653cec2551fc2de4a1fe632b30a35a9ed0acb6

Dessa forma, esclarecemos que a descrição dos itens não restringe o fornecimento exclusivamente aos produtos originais da marca Zoll, sendo admitidos produtos compatíveis, desde que comprovadamente atendam às especificações e aos requisitos de segurança e desempenho estabelecidos no Termo de Referência.

Carin Cristiane Meyer da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Acesse para verificar assinatura: https://atendimento.tramandai.rs.gov.br/consulta/documento
Codigo para verificacao: fb653cec2551fc2de4a1fe632b30a35a9ed0acb6

Acesse para verificar assinatura: https://atendimento.tramandai.rs.gov.br/consulta/documento
Código para verificação: fb653cec2551fc2de4a1fe632b30a35a9ed0acb6
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

Carin Cristiane Meyer da Silva (CPF 644.175.900-44)
Carin Cristiane Meyer da Silva:64417590044
27/10/2026 16:39:08
E-Cidade << CA Privado << Unidade Certificadora

Acesse para verificar assinatura: https://atendimento.tramandai.rs.gov.br/consulta/documento
Codigo para verificacao: fb653cec2551fc2de4a1fe632b30a35a9ed0acb6